



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO

CNPJ: 01.614.862/0001-77 | Telefax: (37) 3322-9144

Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – Mizael Bernardes

CEP: 35.568-000 | Corrego Fundo – Minas Gerais

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 0538/2018.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 049/2018.

Objeto: Aquisição de equipamentos para sala de urgência/emergência da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da secretaria de saúde do município de Corrego Fundo/MG.

Empresas solicitantes:

1. AIR Liquide Brasil LTDA CNPJ: 00.331.788/0031-34

Em análise do Termo de Referência e aos termos da solicitação de esclarecimento, esclarecemos que:

- a) Com relação ao descritivo, foi realizado um comparativo dos equipamentos cotados, tendo sido verificado que a especificação abaixo é a que melhor se aplica, sendo as que características citadas abaixo, proporcionarão uma melhor visualização ou leitura dos parâmetros monitorados;
- b) Para ampliação da disputa e promoção de um maior número de licitantes interessados, solicitamos que o descritivo do equipamento seja alterado para constar o descritivo abaixo que corresponde a várias marcas e modelos constantes no mercado:

Monitor multiparametro, para monitorização de pacientes (neonatal, infantil e adulto) em cuidados intensivos

Caraterística/Especificações:

- Parametros a ser monitorados: ECG (Frequência cardíaca (FC), Curva(s) de ECG, Análise de arritmias e Análise do segmento ST), Oximetria – SPO2 (Saturação do oxigênio de pulso (SpO2), Pulsação (FP) e Pletismograma de SpO2), Respiração (Frequência respiratória (FR) e Curva de respiração), Temperatura, Pressão não invasiva (Pressão sistólica (PS), pressão diastólica (PD) e pressão média (PM))
- Tela colorida TFT com no mínimo 10", com no mínimo 4 formas de ondas simultâneas
- Indicadores: Alarmes sonoros, Alarme visual na tela principal, Bipe de QRS e Bipe de pulso da SpO2 Tom da porcentagem (%) da SpO2 (pitch tone) bateria e LED de conectado na energia
- Deve possuir impressora térmica
- Possuir no mínimo 120 horas de armazenagem de dados
- Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac
- Conector de alimentação veicular
- Com registro na ANVISA

Acessórios:

- 1 cabo paciente de 5 vias - ECG
- 1 cabo de SpO2



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO

CNPJ: 01.614.862/0001-77 | Telefax: (37) 3322-9144

Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – Mizaél Bernardes

CEP: 35.568-000 | Corrego Fundo – Minas Gerais

- 1 extensor de PNI
- 1 braçadeira PNI reutilizável adulto 1pç;
- 1 cabo de alimentação
- Bateria
- Certificado de garantia de 12 meses
- Manual do usuário em português

Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento

Por tudo isso, concluímos que:

- a) Haverá necessidade de alteração do descritivo do objeto no item conforme consta na alínea "b".

Certo de ter justificado, coloco-me a disposição para esclarecimentos adicionais.

Corrego Fundo/MG, 28 de fevereiro de 2019.

Marco Armstrong de Araújo
Secretário Municipal de Saúde Interino