



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO

CNPJ: 01.614.862/0001-77 | Telefax: (37) 3322-9144

Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – Mizael Bernardes

CEP: 35.568-000 | Córrego Fundo – Minas Gerais

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 0538/2018.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 049/2018.

Objeto: Aquisição de equipamentos para sala de urgência/emergência para uso na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Secretaria de Saúde do Município de Córrego Fundo/MG.

Impugnante: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.187.384/0001-54, com endereço na Rua João Ropelatto, nº 202, Bairro Nereu Ramos, na Cidade de Jaraguá do Sul/SC.

Em análise do Termo de Referência e aos termos da peça impugnatória, bem como os orçamentos para balizamento de preços, esclarecemos que conforme já mencionado anteriormente:

- a) para a formação do preço médio foram realizadas cotações de preços com as seguintes empresas: a) Center Medical Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 11.728.613/0001-66 que cotou marca Microtak Total, b) e EBAZAR.COM.BR. LTDA – CNPJ: 03.007.331/0001-41 que cotou a marca Leistung Pr4-g c) Dormed Hospitalar – CNPJ: 01.505.499/0001-51 que cotou a marca Microtak Total;
- b) a par de todos os orçamentos e em contato com as empresas do ramo que forneceram orçamentos prévios, verifica-se que os preços cotados nas marcas indicadas acima correspondem ao real preço de mercado, tendo sido confirmado novamente na data de hoje;
- c) Com relação ao descriptivo, foi realizado um comparativo dos equipamentos cotados, tendo sido verificado que a especificação abaixo é a que melhor se aplica, sendo as características comuns nos três orçamentos utilizados;
- d) Para ampliação da disputa e promoção de um maior número de licitantes interessados, solicitamos que o descriptivo do equipamento seja alterado para constar o descriptivo abaixo que corresponde a várias marcas e modelos constantes no mercado:

"Ventilador pulmonar pediátrico/adulto"

Especificações mínimas:

- Montado sob pedestal com rodízio e freios que possibilite movimento 360 graus;
- Com tela gráfica colorido de no mínimo 5" polegadas;
- Circuito de paciente simples de fácil montagem, limpeza e esterilização;

Modos de operação:

- Ventilação Controlada a Volume (VCV) (assistido/controlado); Ventilação Controlada a Pressão (PCV) (assistido/controlado); Ventilação Assistida a Pressão (PSV) (assistido/controlado); CPAP; SIMV, com pressão de suporte, fluxo contínuo, controles diretos para volume corrente, frequência e sensibilidade assistida; Ventilação controlada a volume com regulação de pressão (PRVC);



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO

CNPJ: 01.614.862/0001-77 | Telefax: (37) 3322-9144

Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – Mizael Bernardes

CEP: 35.568-000 | Córrego Fundo – Minas Gerais

Ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas (APRV) ou similar e Ventilação não-invasiva; PEEP com controle eletrônico, misturador de ambiente que permite ajuste da FIO²; tecla stand by que interrompe as funções do ventilador, botão de ciclo manual, que determina o início do ciclo respiratório;

- Alarmes audiovisuais de pressão inspiratória alta e baixa, volume máximo e mínimo; alarme de desconexão, silenciador de alarmes por no mínimo 60 segundos; Ventilador inoperante;
- Porta de comunicação que permita a conexão futura com monitores multiparamétricos e/ou outros equipamentos
- Software de interface com o usuário no idioma português
- Possuir indicador de horas de operação para controle da manutenção preventiva
- Alimentação por meio de ar comprimido e oxigênio medicinal, com sistema de back-up incorporado ao equipamento caso ocorra falha na rede de oxigênio ou ar comprimido, deve ser capaz de operar somente com ar comprimido ou somente com oxigênio
- Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac
- Bateria interna recarregável que garanta autonomia mínima de 120 minutos
- Com registro na ANVISA
- Certificado de boas práticas de fabricação

Acessórios:

- 01 Circuito completo pediátrico e adultos esterilizável;
- 01 válvula expiratória/exalação
- 01 sensor de fluxo para pacientes adultos e pediátricos
- 01 mangueira de O2, comprimento mínimo de 3 metros, com válvula reguladora
- 01 Braço articulado
- 1 Cabo de alimentação
- Bateria interna recarregável
- Certificado de garantia de 12 meses
- Manual do usuário em português.
- Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento”

Por tudo isso, concluímos que:

- a) Haverá necessidade de alteração do descritivo do objeto no item conforme consta na alínea “d”.

Certo de ter justificado, coloco-me a disposição para esclarecimentos adicionais.

Córrego Fundo/MG, 29 de janeiro de 2019.

Keli Cristina Silva
Secretaria Municipal de Saúde