



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO
CNPJ: 01.614.862/0001-77 | Telefax: (37) 3322-9144
Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – Mizael Bernardes
CEP: 35.568-000 | Córrego Fundo – Minas Gerais

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 0538/2018.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 049/2018.

Objeto: Aquisição de equipamentos para sala de urgência/emergência para uso na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Secretaria de Saúde do Município de Córrego Fundo/MG.

A empresa **DC Heart Desfibriladores e Sistemas Médicos Ltda**, tendo interesse em participar do procedimento licitatório epigrafado solicita esclarecimentos ao edital o que passamos a responder abaixo:

1. “Dispõe item 3 do **PREGÃO 49/2018** que:

*Cardioversor bifásico com bateria interna Característica/Especificações mínimas: Tecnologia CTR – Checagem em Tempo Real Módulo DEA – Desfibrilador Externo Automático Modo PMS – Prevenção de Morte Súbita ECG – Eletrocardiograma SpO2 – Oximetria Marcapasso não invasivo PNI – Pressão não invasiva EtCO2 – Capnografia Impressora Bateria recarregável removível Tela colorida em TFT com no mínimo 6” Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac Com registro na ANVISA Dimensões: Altura: 28 cm Largura: 30 cm Profundidade: 21 cm Peso aproximado: 7 Kg Acessórios: 1 Cabo de alimentação 1 Cabo auxiliar para aterramento e equalização de potencial 1 Conjunto de pás para desfibrilação externa adulto e infantil 1 Cabo de ECG 5 vias 1 Sensor de Oximetria com cabo extensor 1 Cabo tronco com pás multifuncionais Bateria removível Certificado de garantia de 12 meses Manual do usuário em português Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento - Unid 01 **R\$ 1 3 .945,66***

Após análise no descritivo acima, visualizamos que o valor de referência do item encontra-se abaixo do ESTIMADO. Visto que a solicitação é de um cardioversor com muitos parâmetros.

Com isso, solicitamos ao órgão que reveja sua pesquisa de mercado para que o item não seja FRUSTRADO.”

Resposta: “Em análise do Termo de Referência e aos termos da solicitação de esclarecimento, bem como os orçamentos para balizamento de preços, esclarecemos:

- a) para a formação do preço médio foram realizadas cotações de preços com as seguintes empresas: **a)** Clinmed Rio Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos EIRELI – CNPJ: 12.467.446/0001-00 que cotou a marca Cmos Drake; **b)** Cirúrgica Passos – CNPJ: 23.490.938/0001-32 que cotou marca Ecafix; **c)** Dormed Hospitalar – CNPJ: 01.505.499/0001-51 que cotou a marca Cmos Drake.
- b) a par de todos os orçamentos e em contato com as empresas do ramo que forneceram orçamentos prévios, verifica-se que os preços cotados nas marcas indicadas acima correspondem ao real preço de mercado, tendo sido confirmado na data de hoje;
- c) Com relação ao descritivo, houve apenas um equívoco no detalhamento do objeto quanto às dimensões do equipamento;
- d) Para ampliação da disputa e promoção de um maior número de licitantes interessados, solicitamos que o descritivo do equipamento seja alterado para constar o descritivo abaixo que corresponde a várias marcas e modelos constantes no mercado:

Cardioversor bifásico



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO

CNPJ: 01.614.862/0001-77 | Telefax: (37) 3322-9144

Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – Mizael Bernardes

CEP: 35.568-000 | Córrego Fundo – Minas Gerais

Especificações mínimas:

- Pode ser utilizado crianças e adultos;
- Checagem em Tempo Real -Tecnologia CTR
- Módulo Desfibrilador Externo Automático – DEA e Prevenção de Morte Súbita;
- Monitorização de Eletrocardiograma (ECG) e frequência cardíaca;
- Monitoração de saturação de oxigênio arterial funcional - SpO₂;
- Marcapasso externo transcutâneo não invasivo;
- Monitoração de Pressão Não Invasiva - PNI
- Capnografia (CO₂)
- Impressora
- Bateria recarregável removível
- Tela colorida com no mínimo 5”
- Peso aproximado: 4 Kg
- Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac
- Com registro na ANVISA

Acessórios:

- 01 Cabo auxiliar para aterramento e equalização de potencial
 - 01 Cabo de força
 - 01 Conjunto de pás para desfibrilação externa adulto e infantil
 - 01 Cabo de ECG 5 vias
 - 01 Sensor de Oximetria com cabo extensor adulto e infantil
 - 01 Cabo tronco com pás multifuncionais
 - 05 Jogos de eletrodos descartáveis de AG/AGCL
 - Bateria recarregável e removível
 - Certificado de garantia de 12 meses
 - Manual do usuário em português
- Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento

Por tudo isso, concluímos que:

- a) Haverá necessidade de alteração do descritivo do objeto no item conforme consta na alínea “d”.

Publique-se.

Córrego Fundo/MG, 01 de fevereiro de 2019.

Aline Patrícia da Silveira Leal
Pregoeira Municipal