



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/04/2024 13:03:21

Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGAO ELETRONICO 007-2024

Número do Processo: 000015/2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000007
Data: 05/04/2024 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria nº031/2024 - Comissão Permanente de Contratação
Entrega: 23/04/2024 12:29:00 Abertura: 23/04/2024 12:30:00 Proposta: 23/04/2024 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ELETROCARDÍOGRAFOS PARA ATENDES ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid	Med	Quantidade
00001	000032066	ELETROCARDÍOGRAFO	C	UN	2,0000

Derivações: DI a V6, adquiridas simultaneamente.
- Sensibilidade: Ajustável entre N/2, N e 2 N.
- Indicação do eletrodo inoperante: A ocorrência de eletrodo solto, com polarização ou impedância excessiva é indicada por alarme visual na tela de monitorização.
- Filtros: Digitais de tremor muscular, rede (60 ou 50 Hz) e passa- altas.
- Velocidade: 20 e 50mm/s.
- Visualização: Em 12 janelas separadas, numa única janela com todos os traços simultâneos ou uma derivação numa única janela.
- Gravação: Contínua, sem limite de tempo, das doze derivações, independentemente da visualização da monitorização.
- Registro: Em papel comum formato A4 (210 x 297 mm), com 17 opções de formatos, cada um com 6 opções de cores para traçado, fundo e milimetrado
- Medidas Automáticas: Sugestão de medidas da duração dos segmentos P, PR, QRS, QT, e QTc e dos valores dos ângulos S P e S QRS. Precisão de medidas certificada de acordo com os padrões da Norma ABNT NBR IEC 60601-2-51.

Especificação: Derivações: DI a V6, adquiridas simultaneamente.
- Sensibilidade: Ajustável entre N/2, N e 2 N.
- Indicação do eletrodo inoperante: A ocorrência de eletrodo solto, com polarização ou impedância excessiva é indicada por alarme visual na tela de monitorização.
- Filtros: Digitais de tremor muscular, rede (60 ou 50 Hz) e passa- altas.
- Velocidade: 20 e 50mm/s.
- Visualização: Em 12 janelas separadas, numa única janela com todos os traços simultâneos ou uma derivação numa única janela.
- Gravação: Contínua, sem limite de tempo, das doze derivações, independentemente da visualização da monitorização.
- Registro: Em papel comum formato A4 (210 x 297 mm), com 17 opções de formatos, cada um com 6 opções de cores para traçado, fundo e milimetrado
- Medidas Automáticas: Sugestão de medidas da duração dos segmentos P, PR, QRS, QT, e QTc e dos valores dos ângulos S P e S QRS. Precisão de medidas certificada de acordo com os padrões da Norma ABNT NBR IEC 60601-2-51.
- Laudos: Nos formatos padrão configurável, de texto livre e resumido. Todos com auxílio de banco de frases.
- Qualidade de sinal: Taxa de amostragem de aquisição de 1.200 amostras/s por canal, taxa de tratamento digital de 1.200 amostras/s por canal, conversão AD de 12 bits, resolução de 3.91µV, faixa dinâmica de 16 mV, tolerância de até +/- 1000 mV de potencial de eletrodo.
Rede: Vários computadores em rede, com ou sem unidades ECGPC, podem receber a instalação do software para armazenamento e consulta de exames em servidor, sem necessidade de software adicional de banco de dados.
Telemedicina: Pode ser configurado pelo usuário para as seguintes funções:
- Exames recebidos na Central são automaticamente anexados ao Banco de Dados principal;
- Os exames podem ser analisados na Central (em computadores na mesma rede local) ou remotamente,



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/04/2024 13:03:21
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGAO ELETRONICO 007-2024

Número do Processo: 000015/2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000007
Data: 05/04/2024 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria nº031/2024 - Comissão Permanente de Contratação
Entrega: 23/04/2024 12:29:00 Abertura: 23/04/2024 12:30:00 Proposta: 23/04/2024 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ELETROCARDÍOGRAFOS PARA ATENDES ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

em um ou mais Postos Laudadores;

- Os laudos realizados remotamente são enviados automaticamente para a Central. Estes laudos, junto com os realizados na própria Central, são anexados ao Banco de Dados principal e são enviados automaticamente para o Posto Remoto onde o traçado foi adquirido;

- Laudos recebidos no Posto Remoto são incorporados automaticamente aos exames do Banco de Dados local do Posto;

-A movimentação dos arquivos entre a Central e os Postos Remotos de Aquisição e Laudadores pode ser feito via Internet, utilizando-se um serviço gratuito de compartilhamento (tais como o Drop-box ou o Google Drive), ou provido pela Gestora do Sistema de Telemedicina através de Software proprietário.

Incluso: - Módulo de aquisição de ECG TEB ECGPC;

- Cabo de conexão USB com o computador;

- Cabo de paciente;

- 06 (seis) eletrodos tipo ventosa;

- 04 (quatro) eletrodos de membros tipo clip;

- Fio terra auxiliar;

- Guia de instalação do programa;

- Pen Drive com o instalador do Programa de Operação, Driver USB e arquivos dos Manuais de Instalação e Uso.

Observações: Aquisição de 02 (dois) Eletrocardiógrafos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Corrego Fundo/MG
