

RECURSO ADMINISTRATIVO – INTENÇÃO DE RECURSO

Ao(à) Ilmo(a). Sr(a). Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Córrego Fundo/MG
Pregão Eletrônico nº 012/2025
Processo Administrativo nº 028/2025

Assunto: Recurso contra indeferimento - Item 1 (Aparelho de RX Odontológico Saevo AXR Coluna Móvel)

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

A Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.012.033/0001-26, representada por seu sócio-proprietário Claudio Piassi Freire, MG-8.539.237, vem, respeitosamente, com fundamento no art. 109 da Lei nº 14.133/2021, apresentar recurso contra o indeferimento da proposta referente ao Item 1 (Aparelho de RX Odontológico), em virtude da incontestável adequação técnica exclusiva do equipamento Saevo AXR Coluna Móvel às exigências do edital, conforme demonstrado abaixo:

1. EXCLUSIVIDADE TECNOLÓGICA DO SAEVO AXR COLUNA MÓVEL

O modelo Saevo AXR Coluna Móvel é o único no mercado que atende integralmente o edital, destacando-se por:

✓ Tecnologia Light Green (95% menos chumbo) - exclusiva desta marca, atendendo ao requisito de sustentabilidade e segurança radiológica;

✓ Especificações exatas do edital:

Dimensões precisas (altura 1,3m, braço 1,13m, pé 71x71cm);

Movimento em 320º (superior aos 360º genéricos dos concorrentes, que não atendem ao ângulo específico exigido);

Potência de entrada 1123 VA $\pm 20\%$ (os concorrentes variam em $\pm 5\%$, descumprindo o edital);

Tempo de exposição a partir de 0,06s (o PRO X oferece 0,07s e o Xdent D70, 0,32s - acima do exigido).

2. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS CONCORRENTES

a) PRO X Standard Coluna Móvel:

Não menciona tecnologia Light Green (requisito essencial);

Tempo de exposição mínimo: 0,07s (acima dos 0,06s exigidos);

Potência em stand-by: 10 VA (não atende à faixa de 1123 VA $\pm 20\%$);

Filtração equivalente: 1,5mm Al (inferior aos 3,61mm Al do edital).

b) Xdent D70:

Ausência de comprovação da tecnologia Light Green;

Tempo de exposição mínimo: 0,32s (5x superior ao exigido);

Corrente do tubo: 8mA (acima dos 7mA do edital);

Fiação exposta nas articulações (risco de rompimento, contrariando a exigência de segurança).

3. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Anexamos:

Catálogo técnico do Saevo AXR Coluna Móvel (com destaque para a tecnologia Light Green);

Registros ANVISA e INMETRO vigentes;

Laudo de conformidade com a RDC 661/2022.

4. REQUERIMENTO

Solicitamos:

Revalidação da proposta, reconhecendo o atendimento pleno ao edital;

Exclusão das propostas concorrentes por inadequação técnica;

Ciência para recursos hierárquicos, se necessário.

Atenciosamente,

Midas Com. Atac. Prod. Hosp. LTDA EPP

Claudio Piassi Freire

MG-8.539.237

Sócio/Proprietário

Passos, 28 de Maio de 2025.